Figure 19


Total PSA Wet Assay - Performed in MST Pro Meter/Strip (Air Wash)
y = 352.2x + 454.7
R² = 0.998
ADC Counts (MST Pro Meter)
4300
3800
3300
2800
2300
1800
1300
800
300
0
2
4
6
8
10
12
Total PSA Conc. (ng/ml)