Figure 20


Total PSA Assay - Wet Assay Performed in MST Pro Meter/ Strip with no Wash
y = 466.0x + 1049.
R² = 0.994
ADC Counts (MST Pro Meter)
3800
3300
2800
2300
1800
1300
800
0
1
2
3
4
5
6
Total PSA Conc. (ng/ml)