Figure 21


Total PSA Wet Assay - Performed in MST Pro Meter/Strip (Fluid Wash).
y = 119.5x + 59.34
R² = 0.995
ADC Counts
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
5
10
15
20
25
Total PSA Conc. (ng/ml)